

## פרוטוקול

**ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 21 בספטמבר 2023  
מכרז פומבי מס' 13/23 – למכירת דפיברילטורים עבור תושבי העיר נס ציונה**

### החלטה

**חברי הוועדה:** אריאל אלמוג – סגן רה"ע ויו"ר הוועדה, סמדר אהרוני- סגנית ומ"מ רה"ע.

**מוזמנים:** עו"ד שולמית מנדלמן-כהן - היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד יעל ישראלי- ממונה תחום מכרזים והתקשרויות, ירון לוי- מנהל אגף ביטחון, זאב סופר- היועץ המקצועי המלווה למכרז, דנה לבני - רכזת מכרזים.

בהסכמת חברי הוועדה, הוועדה קיימה את הישיבה באמצעות "זום" (פלטפורמה לשיח קבוצתי בוידאו).

היועץ המקצועי זאב סופר, הציג בפני הוועדה את חוות דעתו המקצועית:

1. עיריית נס ציונה פרסמה מכרז מס' 13/23 למכירת דפיברילטורים עבור תושבי העיר נס ציונה.
2. המועד האחרון להגשת הצעות היה ביום 04.09.23 בשעה 12:00.
3. בתיבת המכרזים נמצאו 3 מעטפות של המציעים שיפורטו להלן:
  - 3.1. ש.א.ג. שירותי רפואה בע"מ (להלן: ש.א.ג.).
  - 3.2. מגן דוד אדום בישראל (להלן: מד"א).
  - 3.3. אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ (להלן: אלדן).
4. התבקשו השלמות. כל המסמכים התקבלו ונבדקו על ידי.
5. מבדיקה שבוצעה על ידי נמצא כי כל המציעים עומדים בתנאי הסף. מצ"ב טבלת בדיקת תנאי הסף המסומנת כנספח א'.
6. המכרז הינו מכרז של 100% מחיר.
- 7.

- 7.1. במסגרת הוראות המכרז נקבע כי ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שעמדה בכל תנאי המכרז והציעה את סה"כ המחיר המשוקלל כולל מע"מ הנמוך ביותר למכשיר דפיברילטור (סעיף 1.3.1 למסמך ב') ולארוך (סעיף 1.3.2 למסמך ב').
- 7.2. בסעיף 9.13 למסמך ב', נקבע כי על המציע לרשום במסמך ג' למסמכי המכרז- "הצעת המציע" את המחירים המוצעים בנוגע לכל אחד מהשירותים המפורטים בסעיף 1.3.1 למסמך ב' (מכשיר דפיברילטור), ובסעיף 1.3.2 למסמך ב' (ארוך).  
כמפורט בטבלה להלן:



מס"ד	סוג השירות	מחיר כולל מע"מ	משקל	מחיר משוקלל כולל מע"מ
1	מכשיר דפיברילטור (ס' 1.3.1 למסמך ב')		93%	
2	ארון (ס' 1.3.2 למסמך ב')		7%	
	סה"כ (כולל מע"מ)		100%	

המחיר המשוקלל עבור מכשיר דפיברילטור כמפורט בסעיף 1 בטבלה שלעיל, ועבור ארון כמפורט בסעיף 2 בטבלה שלעיל, יחולו יחד כמפורט בטבלה לעיל, ויהיו את סה"כ המחיר המשוקלל כולל מע"מ.

**8. שירותים נוספים שאינם נכללים בתחרות:**

8.1. בסעיף 9.14 למסמך ב' נקבע כי על המציע לרשום **במסמך ג'** למסמכי המכרז, את אחוז ההנחה הניתן על ידו כל אחד ממחירי המקסימום הנקובים לעיל בסעיפים 9.11 ו-9.12, **כמפורט בטבלה להלן:**

מס	סוג השירות	מחיר מקסימום כולל מע"מ	אחוז ההנחה המוצע
1	התקנת ארון (ס' 1.3.3 לעיל)	₪ 450	_____%
2	שירות, בדיקות תקינות ותחזוקה (ס' 1.3.4 לעיל)	₪ 600	_____%

8.2. בקביעת ההצעה הזולה לא יכללו שירותים של התקנת ארון ושירות, בדיקות תקינות ותחזוקה כמפורט לעיל בסעיף זה. יובהר כי התחרות הינה רק ביחס לשירותים המפורטים בסעיף 7 לעיל.



8.3. ככל והתושב יהיה מעוניין בשירותים של התקנת ארון ושירותי ובדיקות תקינות כמפורט בסעיף זה, המציע יהיה מחויב לתת לו את השירותים במחירים המוצעים על ידו בהצעתו.

9. להלן אומדן העירייה:

מס"ד	סוג השירות	מחיר כולל מע"מ	משקל	מחיר משוקלל כולל מע"מ
1	מכשיר דפיברילטור (ס' 1.3.1 למסמך ב')	₪ 4,914	93%	₪ 5,030
2	ארון (ס' 1.3.2 למסמך ב')	₪ 468	7%	₪ 352
סה"כ (כולל מע"מ)		₪ 5,382	100%	₪ 5,382

10. למכרז הוגשו 3 הצעות כמפורט להלן:

10.1. שם החברה: ש.א.ג. שירותי רפואה בע"מ

סה"כ המחיר הכולל המוצע לשירותים המפורטים בסעיפים 1 ו-2 בטבלה שלהלן (סעיפים 1.3.1-1.3.2 למסמך ב') הינו כדלקמן:

מס"ד	סוג השירות	מחיר כולל מע"מ	משקל	מחיר משוקלל כולל מע"מ
1	מכשיר דפיברילטור (ס' 1.3.1 למסמך ב')	₪ 3,860	93%	לא צוין
2	ארון (ס' 1.3.2 למסמך ב')	₪ 456	7%	לא צוין
סה"כ (כולל מע"מ)		₪ 4,316	100%	לא צוין



אחוזי ההנחה המוצעים לסעיפים 1 ו-2 בטבלה שלהלן, בכפוף למחירי המקסימום הנקובים בטבלה שלהלן, הינם כדלקמן:

סוג השירות	מחיר מקסימום כולל מע"מ	אחוז ההנחה המוצע
1 התקנת ארון (ס' 1.3.3 למסמך ב')	₪ 526.50	<u>15%</u>
2 שירות, בדיקות תקינות ותחזוקה (ס' 1.3.4 למסמך ב')	₪ 702	<u>40%</u>

10.2. שם החברה: מגן דוד אדום בישראל

סה"כ המחיר הכולל המוצע לשירותים המפורטים בסעיפים 1 ו-2 בטבלה שלהלן (סעיפים 1.3.1-1.3.2 למסמך ב') הינו כדלקמן:

מס"ד	סוג השירות	מחיר כולל מע"מ	משקל	מחיר משוקלל כולל מע"מ
1	מכשיר דפיברילטור (ס' 1.3.1 למסמך ב')	₪ 2,835	93%	₪ 2,636.55
2	ארון (ס' 1.3.2 למסמך ב')	₪ 450	7%	₪ 31.5
	סה"כ (כולל מע"מ)	₪ 3,285	100%	₪ 2,688.05



אחוזי ההנחה המוצעים לסעיפים 1 ו-2 בטבלה שלהלן, בכפוף למחירי המקסימום הנקובים בטבלה שלהלן, הינם כדלקמן:

סוג השירות	מחיר מקסימום כולל מע"מ	אחוז ההנחה המוצע
1 התקנת ארון (ס' 1.3.3 למסמך ב')	₪ 450	<u>8%</u>
2 שירות, בדיקות תקינות ותחזוקה (ס' 1.3.4 למסמך ב')	₪ 600	<u>10%</u>

10.3. שם החברה: אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ

סה"כ המחיר הכולל המוצע לשירותים המפורטים בסעיפים 1 ו-2 בטבלה שלהלן (סעיפים 1.3.1-1.3.2 למסמך ב') הינו כדלקמן:

מס"ד	סוג השירות	מחיר כולל מע"מ	משקל	מחיר משוקלל כולל מע"מ
1	מכשיר דפיברילטור (ס' 1.3.1 למסמך ב')	₪ 3,800	93%	₪ 3,534
2	ארון (ס' 1.3.2 למסמך ב')	₪ 650	7%	₪ 45.5
	סה"כ (כולל מע"מ)	₪ 4,450	100%	₪ 3,579.5

אחוזי ההנחה המוצעים לסעיפים 1 ו-2 בטבלה שלהלן, בכפוף למחירי המקסימום הנקובים בטבלה שלהלן, הינם כדלקמן:



אחוז ההנחה המוצע	מחיר מקסימום כולל מע"מ	סוג השירות	
5%	₪ 450	התקנת ארון (ס' 1.3.3 למסמך ב')	1
5%	₪ 600	שירות, בדיקות תקינות ותחזוקה (ס' 1.3.4 למסמך ב')	2

**המלצת היועץ המקצועי:**

1. ההצעות נבדקו על ידי בהיבט עמידה בתנאי הסף ושלמות ההצעות. מבדיקתי עולה כלל המציעים עומדים בתנאי הסף. מצ"ב טבלת תנאי הסף המסומנת כנספח א'.
2. במסגרת הוראות המכרז נקבע כי ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שעמדה בכל תנאי המכרז והציעה את סה"כ המחיר המשוקלל כולל מע"מ הנמוך ביותר למכשיר דפיברילטור (סעיף 1.3.1 למסמך ב') ולארון (סעיף 1.3.2 למסמך ב').
3. ההצעה של מגן דוד אדום בישראל הינה ההצעה שעמדה בכל תנאי המכרז והציעה את סה"כ המחיר המשוקלל כולל מע"מ הנמוך ביותר למכשיר דפיברילטור ולארון.
4. לאור האמור לעיל, ובהתאם לכלל הוראות המכרז, מומלץ לקבוע את ההצעה של מגן דוד אדום בישראל אשר עמדה בכל תנאי המכרז והציעה את סה"כ המחיר המשוקלל כולל מע"מ הנמוך ביותר למכשיר דפיברילטור ולארון, כהצעה הזוכה במכרז.

**החלטה:**

לאור האמור לעיל, הוועדה מאמצת את המלצותיו של היועץ המקצועי המלווה למכרז ומחליטה להמליץ לראש העיר לקבוע את הצעתה של מגן דוד אדום בישראל כהצעה הזוכה.

**הישיבה ננעלה!**

אריאל אלמוג - יו"ר הוועדה

מאשר

שמואל בוקסר - רה"ע

מש/10470

נספח א' - טבלת בדיקת תנאי סף

להלן טבלת בדיקת תנאי סף (סעיף 3 למסמך ב') :

אלדן	מד"א	ש.א.ג.	נושא לפי סעיפי מכרז
√	√	√	מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך מוסף (סעיף 3.1).
√	√	√	למציע ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בשיווק ומכירה של סה"כ 100 דפיברילטורים לפחות בשנה, בסכום כולל של 300,000 ₪ בשנה, בין השנים 2017-2022. במסגרת הניסיון המצטבר הנדרש כאמור, נדרש ניסיון לפחות עם גוף חירום אחד.  "גוף חירום" לעניין סעיף זה: מד"א או איחוד והצלה או צה"ל (סעיף 3.2).
√	√	√	המכשיר המוצע הינו בעל אישור אמ"ר בתוקף של משרד הבריאות (סעיף 3.3)
√	√	√	למכשיר אישור בתוקף מאת מכון התקנים (סעיף 3.4).
√	√	√	למכשיר אישור בתוקף מאת ה-FDA או אישור CE (סעיף 3.5).
√	√	√	למציע רישיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 ככל שנדרש (סעיף 3.6).
√	√	√	מציע שרכש את מסמכי המכרז (סעיף 3.7).



טבלת בדיקת מסמכים :

אלדן	מד"א	ש.א.ג.	נושא לפי סעיפי מכרז
√	√	√	אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו- 1976. (סעיף 8.1).
√	√	√	צירוף מסמכים ופירוט הניסיון בהתאם לדרישות הקבועות בסעיף 3.2 לעיל, וזאת להוכחת עמידתו בתנאי הסף (סעיף 8.2).
√	√	√	אישור אמ"ר ממשרד הבריאות להוכחת הנדרש לעיל בסעיף 3.3 (סעיף 8.3).
√	√	√	אישור ממכון התקנים להוכחת הנדרש לעיל בסעיף 3.4 או לחילופין פטור לטובין המיובאים ביבוא מסחרי בהתאם לסעיף 2(ג)2 לצו יבוא חופשי במסגרתו ניתן פטור, בין היתר, מהצגת אישור מכון התקנים. (סעיף 8.4).
√	√	√	אישור מה-FDA או מה-CE להוכחת הנדרש לעיל בסעיף 3.5 (סעיף 8.5).
√	√	√	רישיון עסק להוכחת הנדרש לעיל בסעיף 3.6 (סעיף 8.6).





אלדן	מד"א	ש.א.ג.	נושא לפי סעיפי מכרז
√	√	√	באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף רישום התאגיד, מספרו ואישור עו"ד/ רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם (סעיף 8.7).
√	√	√	העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז (סעיף 8.8).
√	√	√	אישור בכתב של חברת ביטוח או אישור קיום הביטוחים עצמו חתום ע"י חברת הביטוח בנוסח הנדרש במסמך ז'. (סעיף 8.9)
√	√	√	העתק תשובות הבהרה (סעיף 8.10)

טבלת בדיקת מסמכים נוספים:

אלדן	מד"א	ש.א.ג.	שם המסמך
√	√	√	ערבות בנקאית להשתתפות (מסמך ה')
√	√	√	תצהיר קיום דיני עבודה (מסמך ח')
√	√	√	הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה (מסמך ט')

בדיקת עמידה בתנאי המפרט הטכני:

מכשיר דפיברילטור- ס' 1.1 למסמך י':

אלדן	מד"א	ש.א.ג.	שם הרכיב
√	√	√	דפיברילטור חצי אוטומט (ס' 1.1.1 למסמך י').

אלדן	מד"א	ש.א.ג.	שם הרכיב
√	√	√	תעודת אחריות למכשיר של 8 שנים ממועד ההתקנה (ס' 1.1.2 למסמך י').
√	√	√	הפעלה פשוטה וידידותית על ידי לחצן מואר- ההפעלה מותאמת להפעלה על ידי כל אדם (ס' 1.1.3 למסמך י').
√	√	√	עוצמת שוק חשמלי - בהתאם להנחיות האיגוד האמריקאי להחייאה- AHA (ס' 1.1.4 למסמך י').
√	√	√	הנחיות קוליות להפעלה בעברית (ס' 1.1.5 למסמך י').
√	√	√	תקנה IP54 לפחות לעמידה לרטיבות, אבק ושבר (ס' 1.1.6 למסמך י').
√	√	√	אפשרות להקלטה ורישום של לפחות 20 אירועים אחרונים (ס' 1.1.7 למסמך י').

סוללה- סעיף 1.2 למסמך י' :

אלדן	מד"א	ש.א.ג.	שם הרכיב
√	√	√	סוללה מותאמת ומקורית- אורך חיי הסוללה של לפחות 5 שנים. כל סוללה תכלול תעודת אחריות ל- 4 שנים. ככל שאורך חיי הסוללה פחות מ- 5 שנים, ניתן להציע יותר מסוללה



אלדן	מד"א	ש.א.ג.	שם הרכיב
			אחת, ובלבד שאורך החיים של כל סוללה הוא 4 שנים לפחות, באופן שהסוללה הראשונה תוחלף ע"י הספק בסוללה חדשה, כדי שאורך החיים משתי הסוללות ביחד יהיה 5 שנים לפחות, וזאת ע"י הספק, וללא כל עלות נוספת בגין כך. במקרה של אספקת 2 סוללות כאמור, ניתן גם להציג תעודת אחריות לתקופה של פחות מ- 4 שנים, ובלבד שכלל תקופת האחריות עפ"י כל תעודות האחריות שהומצאו תהיה 4 שנים לפחות.

מדבקות- סעיף 1.3 למסמך י':

אלדן	מד"א	ש.א.ג.	שם הרכיב
✓	✓	✓	סט מדבקות מקורי לדפיברילטור, בתוקף של שנתיים לפחות.

ארון לדפיברילטור סעיף 1.4 למסמך י':

אלדן	מד"א	ש.א.ג.	שם הרכיב
✓	✓	✓	ארון מתכת (ס' 1.4.1 למסמך י').
✓	✓	✓	אפשרות נעילה (ס' 1.4.2 למסמך י').
✓	✓	✓	אזעקה ותאורת חירום הפועלת עם פתיחת הדלת (ס' 1.4.3 למסמך י').
✓	✓	✓	תעודת אחריות בתוקף לשנה אחת לפחות (ס' 1.4.4 למסמך י').
✓	✓	✓	לארון יצורף מסמך קשיח הכולל הוראות הדרכה בעברית בגודל 4A במקומות ציבוריים יוצב שלט תקני בגודל 1 מטר X 1.20 מטר (ס' 1.4.5 למסמך י').





אלדן	מד"א	ש.א.ג	שם הרכיב
✓	✓	✓	על גבי הארון יוצג שילוט הנושא את הכיתוב "דפיברילטור" או AED (סי' 1.4.6 למסמך י").

